ANEXO CONVOCATORIA

65/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Oximetro De Mano Dedo Pulso Saturometro Digital Medico Tipo de oxímetro: Mano Funciones: PR,SpO2,Barra de pulso,Curvas plestimográficas Tipos de alimentación: Batería de Litio recargable con hasta 10hs de autonomía Habilitación de ANMAT Accesorios incluidos: Cable USB/Sensor x2 Con alarma: Sí Precisión de saturación de oxígeno en sangre: 70%-99% Precisión de la medición del pulso: 2 % Tipo de pantalla: LCD 2 parámetros SPO2 / Frecuencia cardíaca / Temperatura ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Indicador de batería baja - Modalidad de uso continuo con registro de hasta 500 mediciones - Alarmas configurables - Biblioteca de mediciones (hasta 500 entradas) - Curva Plestimográfica - Display LCD de 2.4 pulgadas de alta resolucion - Rango de medición SpO2: 70% ~ 100% (± 2%) - Rango de medicion PR: 30 ~ 240 bpm - Precisión SPO2: + 2% en el escenario del 80% ~ 99% - Precisión SPO2: + 3% en el escenario del 70% ~ 79%, sin especificar (< 70%) para SP02 - Rango de medición Temperatura: 0 ~ 50 Cº (±0,1Cº) - Indicador de batería - Alimentación: Bateria Litio recargable 3.8V (Incluida) + Cable mini USB de carga - Dimensiones: 127 x 67 x 27 mm - Peso: 110 g (neto)	
2	TUBO OXIGENO HIERRO 0.500 M3 Ø 11cm ALTURA 55cm	
3	Mochila para tubo de oxigeno hasta 685 cm3 aproximadamente	
4		
5	TENSIÓMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE MANUAL DE PRESIÓN ARTERIAL)	
6	TERMÓMETRO LASER DIGITAL INFRARROJO A DISTANCIA	