

ANEXO CONVOCATORIA

34/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Microscopio confocal. Especificaciones técnicas: -Contraste de modulación integrado (IMC) o contraste de interferencias (DIC), ajuste automático y contraste Brightfield en modo RGB o escala de grises -LED: 365 nm, 470 nm, 555 nm, 625 nm o longitudes de onda similares -Al menos cuatro canales simultáneos de detección con separación de fluoróforos -Tipo de cámaras: 5 MP CMOS o similar -Al menos 4 láseres de diodo: 405 nm, 488 nm, 561 nm, 638 nm o longitudes de onda similares -Tipo de detector: HyD FS o similar -Control ambiental: paquete de células vivas: Temp. (hasta 45 °C), CO2 (0-10 %), humedad -Dispensador de líquido para objetivos específicos -Mesa antivibratoria pasiva -Sistema de control de enfoque -Enfoque automático de imágenes de fluorescencia y luz transmitida -Buscador de muestras	