

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 73/2022
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Encuadre legal: Reglamento CyC en proyectos con asignaciones específicas de fondos RCS N° 98/23
Motivo contratación directa: Especialidad científica, técnica o artística
Expediente: EXP : 464/2022
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRADO TIPO ROTOVAPOR
Rubro: Equipos
Lugar de entrega único: OTROS SEGÚN PLIEGO (Otros según pliego (1688) VILLA TESEI, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Plazo y horario:	Hasta las 13 Hrs del día 14/11/22	Plazo y horario:	Hasta el 09/11/2022 a las 12:00 hs.
Costo del pliego:	\$ 0,00		
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	Lugar/Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Fecha de inicio:	31/10/2022	Día y hora:	14/11/2022 a las 15:30 hs.
Fecha de finalización:	14/11/2022 a las 13:00 hs.		

RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Sistema integrado del tipo rotavapor. Características: -Tamaño del matraz de evaporación: 50 4000 mL -Mecanismo de	UNIDAD	1,00

Pliego de Condiciones Particulares UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
73/2022

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
	elevación: Manual -Rango de temperatura: 20 95 °C -Debe incluir: bomba de vacío y refrigerador recirculante tipo chiller para evaporación en vacío de solventes orgánicos y agua, interfaz digital y botella de Woulff. -Contenido máximo del matraz: 3kg -Consumo eléctrico 30 w -Velocidad de rotación 20-280 r.p.m -Temperatura ambiental 5-40°C		