

ANEXO CONVOCATORIA

65/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Oxímetro De Mano Dedo Pulso Satúrometro Digital Médico Tipo de oxímetro: Mano Funciones: PR, SpO ₂ , Barra de pulso, Curvas plestimográficas Tipos de alimentación: Batería de Litio recargable con hasta 10hs de autonomía Habilitación de ANMAT Accesorios incluidos: Cable USB/Sensor x2 Con alarma: Sí Precisión de saturación de oxígeno en sangre: 70%-99% Precisión de la medición del pulso: 2 % Tipo de pantalla: LCD 2 parámetros SPO ₂ / Frecuencia cardíaca / Temperatura ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Indicador de batería baja - Modalidad de uso continuo con registro de hasta 500 mediciones - Alarmas configurables - Biblioteca de mediciones (hasta 500 entradas) - Curva Plestimográfica - Display LCD de 2.4 pulgadas de alta resolución - Rango de medición SpO ₂ : 70% ~ 100% (± 2%) - Rango de medición PR: 30 ~ 240 bpm - Precisión SPO ₂ : + 2% en el escenario del 80% ~ 99% - Precisión SPO ₂ : + 3% en el escenario del 70% ~ 79%, sin especificar (< 70%) para SP02 - Rango de medición Temperatura: 0 ~ 50 C° (±0,1C°) - Indicador de batería - Alimentación: Batería Litio recargable 3.8V (Incluida) + Cable mini USB de carga - Dimensiones: 127 x 67 x 27 mm - Peso: 110 g (neto)	
2	TUBO OXIGENO HIERRO 0.500 M3 Ø 11cm ALTURA 55cm	
3	Mochila para tubo de oxigeno hasta 685 cm ³ aproximadamente	
4		
5	TENSIÓMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE MANUAL DE PRESIÓN ARTERIAL)	
6	TERMÓMETRO LASER DIGITAL INFRARROJO A DISTANCIA	