ANEXO CONVOCATORIA

42/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Instrumento de medición de muestras y concentraciones</p> <ul style="list-style-type: none">-Principio de medición: Retrodispersión no invasiva (NIBS). Dispersión de luz dinámica.-Volumen mínimo de muestra: 12 µL-Rango de concentración mínima de muestra: 0,2 mg/ml de proteína de 15 kDa-Peso: 19 kg-Dimensiones: 322 mm x 565 mm x 245 mm-Control de temperatura: 0 °C-120 °C-Filtros ópticos intercambiables (fluorescencia, polarizadores horizontal y vertical)	