

CIRCULAR

Nro. Circular: CIM: 1
Tipo: Modificatoria
Fecha: 09/11/2022
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 39/2022
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Especialidad científica, técnica o artística
Expediente: EXP : 463/2022
Rubro comercial: EQUIPOS
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE CALORÍMETRO DIFERENCIAL DE BARRIDO

DESCRIPCIÓN

Por medio de la presente se comunica a quienes se encuentren interesados en participar de la CDI 39/22 que la configuración del Calorímetro Diferencial de Barrido solicitado deberá ajustarse a las siguientes características:

-Flujo de entrada mínimo de gas: 20ml/min -Rango de temperatura: -40 a +450 °C -Exactitud en temperatura: $\pm 0,2$ K -Precisión en temperatura: $\pm 0,02$ K -Resolución de temperatura del horno: 0,00006 K -Tiempo de enfriamiento con intracooler: 5 min (100°C a 0°C) Ratio de calentamiento: 0,02 a 300 K/min -Ratio de enfriamiento: 0,02 a 50 K/min -Volumen de muestra: 8804;900µl. Por ende debe incluir Cooling IC/RC Man, controlador de gas, tablero OPT periférico, sensor cerámico FRS+6, Software p/termoanálisis, crisoles, prensa de sellado e Intracooler 230V.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES