

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Privada 12/2023
Clase: De etapa única nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Encuadre legal: Reglamento Compras y Contrataciones UNAHUR RCS N° 21/17
Expediente: EXP : 1290/2022
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO
Rubro: Productos medico/farmaceuticos
Lugar de entrega único: SUMINISTROS (Av. Vergara 1721 (1688) VILLA TESEI, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Plazo y horario:	HASTA EL 03/01/2024 A LAS 12HS	Plazo y horario:	HASTA EL 03/01/2024 A LAS 12HS
Costo del pliego:	\$ 0,00		
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	Lugar/Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Fecha de inicio:	29/12/2023	Día y hora:	09/01/2024 a las 12:30 hs.
Fecha de finalización:	09/01/2024 a las 10:00 hs.		

RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Tensiómetro Aneroides Con estetoscopio Zona de aplicación brazo: circunferencia de brazalete mínima 22cm - máxima 32cm. Rango de medición 0-300mm. Que incluya manual y bolso.	UNIDAD	604,00
2	ALMOHADA NIÑO 25X50X4 cm. Tipo Naonis o similar. Con	UNIDAD	24,00

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
	funda desmontable, lavable y con cierre. Material: Poliuretano Viscoelástico. Hipoalergénica.		
3	ALMOHADA TRIANGULAR de descanso (tipo Apoyastar), Medidas: 50 X 27 X 31 CM Que incluya funda desmontable de percal con cierre y que sea lavable. Material: espuma poliuretánica de alta densidad.	UNIDAD	8,00
4	Oxímetro De Mano Dedo Pulso Saturated Digital Médico Tipo de oxímetro: Mano Funciones: PR, SpO2, Barra de pulso, Curvas plestiomográficas Tipos de alimentación: Batería de Litio recargable con hasta 10hs de autonomía Habilidad de ANMAT Accesorios incluidos: Cable USB/Sensor x2 Con alarma: Sí Precisión de saturación de oxígeno en sangre: 70%-99% Precisión de la medición del pulso: 2 % Tipo de pantalla: LCD 2 parámetros SPO2 / Frecuencia cardíaca / Temperatura ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Indicador de batería baja - Modalidad de uso continuo con registro de hasta 500 mediciones - Alarmas configurables - Biblioteca de mediciones (hasta 500 entradas) - Curva Plestiomográfica - Display LCD de 2.4 pulgadas de alta resolución - Rango de medición SpO2: 70% ~ 100% (± 2%) - Rango de medición PR: 30 ~ 240 bpm - Precisión SPO2: + 2% en el escenario del 80% ~ 99% - Precisión SPO2: + 3% en el escenario del 70% ~ 79%, sin especificar (70%) para SPO2 - Rango de medición Temperatura: 0 ~ 50 Cº (±0,1Cº) - Indicador de batería - Alimentación: Batería Litio recargable 3.8V (Incluida) + Cable mini USB de carga - Dimensiones: 127 x 67 x 27 mm - Peso: 110 g (neto)	UNIDAD	1,00
5	TUBO OXIGENO HIERRO 0.500 M3 Ø 11cm ALTURA 55cm con Mochila para tubo de oxígeno de hasta 685 cm3 aproximadamente	UNIDAD	1,00

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO :

Acto de apertura: Se realizará a través de la aplicación zoom

Día y Hora: 09 de Enero 2024 12:30hs

Link: <https://us06web.zoom.us/j/86846957437>

ID de reunión: 868 4695 7437